

IGNITE™

SUBSTRAT INJECTABLE EN CAS DE FORMATION DE CAL APRÈS FRACTURE

150830-1

Mode d'emploi
Instructions pour le mélange

REMARQUE: ces instructions sont spécifiques à l'utilisation d'aspirat de moelle osseuse. Le diluant d'eau stérile fourni peut être remplacé pour l'aspirat de moelle osseuse. En cas d'utilisation du diluant d'eau stérile, l'injection se fera directement à l'aide de la seringue.

PRÉPARATION DU SITE*



ÉTAPE 1

Localisez le défaut sous contrôle radioscopique à l'aide d'une aiguille BLUE 8G et d'un trocart.



ÉTAPE 2 (facultative)

Si un décollement du tissu fibreux est souhaité dans le défaut, effectuez un mouvement de balayage longitudinal.



ÉTAPE 3

Retirez le trocart et insérez l'élevateur IGNITE™, en l'alignant avec les marqueurs ou avec la poignée avant de fixer le tout ensemble. Créez un espace sous-périosté pour injecter la greffe.

PRÉPARATION DE LA GREFFE



ÉTAPE 4

À l'aide d'une aiguille GREEN 11G et d'une seringue, aspirez 20 cc de moelle osseuse à l'aide d'une technique standard.¹ Mettre de côté.

REMARQUE: pour créer et maintenir un vide, tirez le piston de la seringue jusqu'à la position désirée, puis faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre afin de positionner l'une des limites d'arrêt derrière le butoir. Tournez le piston dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer



ÉTAPE 5

Retirez le piston BLUE de la seringue de 30cc. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, effectuez une rotation jusqu'à ce que la seringue soit parfaitement mise en place sur son support dans l'emballage.



ÉTAPE 6

Ajoutez l'aspirat de moelle osseuse dans la seringue de 30 cc.



ÉTAPE 7

Ajouter la poudre IGNITE™ avec précaution sur l'aspirat de moelle osseuse.

REMARQUE : une fois que la poudre IGNITE™ est mélangée à l'aspirat de moelle osseuse, le mélange et l'injection doivent être effectués dans les 5 minutes.

¹ Indien gewenst kan het beenmergaspiraart door het bijgeleverde verdunningsmiddel worden vervangen.



ÉTAPE 8

À l'aide de la spatule fournie, mélangez jusqu'à obtention d'une consistance homogène.

REMARQUE: Assurez-vous qu'aucun amas de poudre ne reste au fond.



ÉTAPE 9

Dans le sens des aiguilles d'une montre, effectuez une rotation, tirez le corps de la seringue ET son capuchon de l'emballage. Fixez correctement le capuchon de la seringue, puis insérez avec précaution le piston BLUE dans le corps de la seringue.



ÉTAPE 10

Retirez le capuchon de la seringue. Éliminez l'air en renversant la seringue et en avançant le piston. Retirez le capuchon de la seringue.

INJECTEZ LE COMPOSITE POUR GREFFE



ÉTAPE 11

Si le diluant d'eau stérile est utilisé, effectuez l'injection directement à l'aide de la seringue. N'utilisez pas d'aiguille 8G pour l'injection.

Accrochez la seringue pour la greffe à l'aiguille déjà en place. Injectez le composite pour greffe IGNITE™ dans l'enveloppe sous-périostée.

REMARQUE: si l'injection semble difficile, repositionnez l'aiguille.



ÉTAPE 12

Après l'injection, l'aiguille doit rester immobile de 3 à 5 minutes (pour une coagulation partielle). Retirez doucement l'aiguille petit à petit pour minimiser le rétroflux.

*Le professionnel médical doit mettre en œuvre des techniques chirurgicales appropriées. Les directives concernant les techniques énoncées plus haut sont uniquement fournies à titre de recommandation. Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence des techniques utilisées en fonction de sa propre formation et de son expérience en la matière.

Marques de commerce ™ et marques déposées ® de Wright Medical Technology, Inc. Protégé par un ou plusieurs des brevets suivants. Brevets américains 5 614 206; 5 807 567; 6 030 636, Brevets en instance. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Tous droits réservés.

150830-1
(06/18)