



























### Sterilizasyon

Aşağıdaki parametrelere uygun olarak otoklavlayın:

Yöntem: Buharlı Sterilizasyon

Tür: Ön vakum

Minimum Önceden Hazırlama Pulsları: 4

Asgari süre: 18 dakika

Asgari sıcaklık: 132°C (270°F)

Minimum Kuruma Süresi: 75 dakika

**Belirtilen buhar sterilizasyonu parametreleri, 10<sup>-6</sup> seviyesindeki sterillik güvence düzeyi (SAL) ile sonuçlanır. Bu parametreler, EN 554 “Sterilization of medical devices – Validation and routine control of sterilization by moist heat” (Tıbbi cihazların sterilizasyonu - Buhar sterilizasyonunun geçerliliği ve rutin kontrolü) uyarınca onaylanmıştır. Bu döngü, prion inaktivasyonuna yönelik değildir.**

### **G. SAKLAMA KOŞULLARI**

Tüm implantlar temiz ve kuru bir ortamda saklanmalı ve güneş ışığı ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır.

**DİKKAT: Federal Yasalar (ABD) uyarınca, bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya bir doktor siparişi üzerine satılabilir, dağıtılabilir veya kullanılabilir.**

Ticari Markalar™ ve Tescilli Ticari Markalar® Wright Medical Technology, Inc. firmasına aittir veya lisansları bu firma tarafından alınmıştır.